



**ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU**

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, SERBIA

Број: 259/5-1
Датум: 10.09.2018

**ПИТАЊЕ И ОДГОВОР БР.3
за ЈН 259/2018-1 Лабораторијска опрема (1.1.7)**

PITANJE,

Postovani,

Dostavljamo Vam pitanja za dodatnim informacijama za JN broj 259/2018-1:

Partija 2:

- Da li je prihvatljivo ponuditi inkubator sa hlađenjem zapremine 270 litara?
- Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa LCD displejom?

Hvala

Srdacan pozdrav

ODGOVOR

Nije prihvatljivo ponuditi inkubator sa hlađenjem zapremine 270 litara, jer je velika razlika u litraži od zadate u Konkursnoj dokumentaciji.

U Konkursnoj dokumentaciji je jasno navedeno da se traži uređaj sa LED displejom, i stoga je neprihvatljivo ponuditi takav inkubator

Komisija za javne nabavke