



ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, SERBIA

Број: 259/6-1
Датум: 10.09.2018

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР БР.4
за ЈН 259/2018-1 Лабораторијска опрема (1.1.7)

PITANJE,

Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

Partija 1 – Autoklav

1. Tražen je vertikalni laboratorijski autoklav sa korisnom zapreminom komore 50-70 L, da li je prihvatljivo ponuditi vertikalni laboratorijski autoklav sa korisnom zapreminom 75 L ?
2. Traženo je da je temperatura sterilizacije od 110 do 123°C, da li je prihvatljivo ponuditi laboratorijski autoklav čija je temperatura sterilizacije od 100 do 134°C ?
3. Traženo je da se uređaj isporuči sa dve korpe. Da li treba ponuditi žičane, perforirane ili neperforirane korpe ?

Partija 2 – Inkubator

1. Tražen je mikrobiološki inkubator sa hlađenjem, kontrolom temperature od minimum 5°C do 40°C, da li je prihvatljivo ponuditi mikrobiološki inkubator temperaturnog opsega od 3°C do 50°C ?

S poštovanjem,

Unapred hvala,

ODGOVOR

Partija 1 – Autoklav

1. Prihvatljivo je ponuditi vertikalni laboratorijski autoklav sa korisnom zapreminom komore 50-75 L, jer je razlika u litraži zanemarljiva

2. U konkursnoj dokumentaciji traženo je da je temperatura sterilizacije od 110 do 123°C, s obzirom da raspon temperature od 100 do 134°C zadovoljava tražene uslove, prihvatljiv je takav uređaj
3. Bitno je da se uređaj isporuči sa dve korpe, bez obzira da li su one žičane, perforirane ili neperforirane korpe

Partija 2 – Inkubator

1. Prihvatljiv je takav uređaj jer zadovoljava uslove tražene u Konkursnoj dokumentaciji

Komisija za javne nabavke